



**ORDIN**  
*mun. Chișinău*

„31” mai 2024

Nr. Rg04-000136

***Cu privire la interzicerea utilizării cateterelor i/v periferice,  
producător Mediplus (India) Limited,  
număr de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:  
DM000373399 și DM000373398 pe piața Republicii Moldova***

În conformitate cu prevederile Legii 422/2006 privind securitatea generală a produselor, Legii 102/2017 cu privire la dispozitive medicale, Hotărârii Guvernului Nr. 71/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale aprobat prin Hotărârea Guvernului 702/2018;

**ORDON:**

În temeiul constatării performanțelor clinice inadecvate pentru *cateterele i/v periferice, producător Mediplus (India) Limited, număr de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000373399 și DM000373398* și în scopul protecției sănătății publice:

1. A interzice utilizarea dispozitivelor medicale (începând cu data de 01.06.2024) pe durata investigației inițiată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - *Catetere i/v periferice, producător Mediplus (India) Limited, număr de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000373399 și DM000373398*.
2. A informa reprezentantul autorizat în Republica Moldova despre prevederile prezentului ordin.
3. A plasa prezentul Ordin pe pagina web a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
4. Controlul executării prezentului Ordin mi-l asum.

**Director general**

**Dragoș GUTU**

